

090005, Қазақстан Республикасы, БҚО, Орал қ., ЖЭО көшесі, 16 үй.
БСН 101240011223, БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ59601A181000032531 KZT
АҚ Народный Банк Казахстана»

090005, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. ТЭЦ, 16
БИН 101240011223, БИК HSBKKZKX
ИИК KZ59601A181000032531 KZT
АО Народный Банк Казахстана»

<http://oralmedregion.kz/>

Тел.: 8(7112) 96-02-02, Факс: 8(7112) 96-02-03



- Кровать предназначена для размещения рожениц в течение всего периода нахождения в стационаре до родов, во время родового акта и после родов, а также для выполнения акушерских неполосных операций и манипуляций.
- Конструкция кровати – неразборная.
- Высота ложа регулируется гидроприводом.
- Изменение углов наклона спинной секции, ложа в сторону головы и в сторону ног осуществляется с помощью газовых пружин.
- Наличие положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».
- Выдвижение ножной секции осуществляется с помощью шариковых направляющих.
- Ложе выполнено из HPL-пластика.
- Съёмные торцевые спинки оснащены вставками из HPL-пластика.
- 4 угловых роликовых бампера защищают кровать от повреждений при ударе о стену.
- Кровать установлена на 4 колёсных опорах диаметром 125 мм с тормозом.

Технические характеристики.

Длина в положении "Кровать", мм	2310
Длина в положении "Для родов", мм	1650
Ширина (по спинной и тазовой секциям), мм	850
Ширина (общая), мм	950
Высота ложа, мм	635-935
Угол наклона спинной секции	70°
Угол наклона ложа в сторону головы	12°
Угол наклона ложа в сторону ног	6°
Масса, кг	126
Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг	132,5
Допускаемая нагрузка на кровать, кг	170

Комплект поставки

- Боковое ограждение (2 штуки)
- Матрац ложа
- Матрац выдвижной панели
- Опоры для стоп (2 штуки)
- Подколенники (2 штуки)
- Ручки для потуг (2 штуки)
- Тазик из нержавеющей стали

10.06.2026 г.

Директор _____ Павлов А.М.

